



Service that adds value
Support through all phases of products

Service Guide Catalog

ROHDE & SCHWARZ



ROHDE & SCHWARZ

고객이 만족하는 글로벌 서비스 네트워크

로데슈바르츠는 국가, 기간산업 및 다양한 산업분야에서 사용되는 다양한 솔루션을 개발, 생산, 공급하는 글로벌 테크놀로지 그룹입니다. 독일 뮌헨에 본사가 위치한 로데슈바르츠는 비상장 독립 기업으로, 무선 통신 및 RF 측정 솔루션, 방송 및 미디어, 항공 교통관제 및 군용 무선 통신, 사이버 보안 및 네트워크 등 다양한 분야에서 기술과 시장을 선도합니다. 또한, 전 세계 80여 개 국가에서 지원되는 글로벌 서비스 및 지원 네트워크를 통해 고객의 자산과 기술을 안전하게 보호합니다.

대한민국 내에도 3개 사무소가 있으며, 전국 로데슈바르츠 지사 및 가까운 대리점을 통해 로데슈바르츠코리아 서비스 센터의 신속한 서비스 및 지원을 받아보실 수 있습니다.




사업 영역

테스트 및 계측



방송 및 미디어



항공우주 | 방위 | 보안



사이버보안 및 네트워크



고객 서비스 (수리, 교정 및 업그레이드)

Service Range

로데슈바르츠는 전 세계 지사의 서비스 센터에 대해 Gold/Silver/Bronze의 서비스 레벨을 부여하고 있습니다. 2003년부터 최고 등급인 Gold 레벨을 계속 유지하고 있는 로데슈바르츠코리아 서비스 센터는 고객 여러분의 기기에 필요한 완벽한 서비스를 제공합니다.

자체 서비스 레벨과 별도로 2002년 ISO 9001 인증 획득, 2003년 ISO/IEC 17025 KOLAS 인정을 획득한 로데슈바르츠코리아 서비스 센터는 이들 인증을 근거로 제조사 교정 서비스와 KOLAS 교정 서비스를 제공하여, 고객 여러분의 필요에 부합하는 교정 서비스를 지원하고 있습니다.

필요한 경우 로데슈바르츠코리아 서비스 센터는 현장 지원 서비스를 제공하여 고객 여러분의 다양한 상황과 필요에 대응할 수 있습니다. 따라서, 시스템처럼 이동이 어려운 기기를 보유한 고객께서도 신속한 수리 및 교정, 그리고 업그레이드 서비스를 경험하실 수 있습니다.

LAB SERVICE: CALIBRATION & REPAIR

Manufacturer Calibration (제조사 교정)

- ISO 9001:2015

Accredited Calibration (KOLAS 교정)

- ISO/IEC 17025:2017

Standard Price Repair (정액 수리)

- Predefined Price
- All coverage
- 1 Year Service Warranty

Time & Material Repair (실비 수리)

- 사용 부품 & 인건비

Option Upgrade

- HW, SW Upgrade

Spare Part Sales

- Spare part로 제공 가능한 부품 판매

ON-SITE SERVICE

On-site Repair

- Limited onsite service: 가능한 범위 지원

On-site Option Upgrade

- Limited option: 가능한 범위 지원

On-site Calibration

- 제조사 교정, 수량 단위 계약

CONTRACT & AGREEMENT

Service Option

- 신규장비에 대한 Option (WE / AW / CW)으로 구매 (Repair & Calibration Contract)

Comprehensive Service Contract

- Product Warranty 또는 기존 Contract 종료 후 서비스를 통한 Repair Contract (R1, R2..) 구매
- Repair & Calibration Contract (RC1, RC2...)

Service Level Agreement

- 시스템 단위의 맞춤형 계약체결, 대체장비 제공(옵션)
- 빠른 온 · 오프라인 대응
- 유지보수 비용의 투명성 극대화



Reliability & Precision

Perfect protection at all times


Calibration

로데슈바르츠코리아 서비스 센터는 고객이 보유한 기기의 편차를 확인하고 자동화된 Calibration을 진행하여 기기를 최적의 성능으로 복원하는 교정 서비스를 제공합니다. 기기의 편차가 허용 오차 이내인 경우뿐만 아니라, 허용 오차를 벗어나는 경우에도 교정 서비스는 제품이 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 만듭니다.

로데슈바르츠코리아 서비스 센터는 제조사 교정 서비스 및 KOLAS 교정을 수행할 수 있는 국제 인정 교정기관이기도 합니다. 제조사로서 가지는 기기에 대한 전문성과 국제 인정 교정기관이 가진 정확성을 모두 제공해 드립니다.

Manufacturer Calibration

로데슈바르츠 제조사 교정의 효과



UCS(Universal Calibration System) :

Rohde & Schwarz

고유의 독창적인 ATE 시스템

- 표준화된 자동화 측정 시스템
- 제조사 전문 특화 교정
- Correction(Adjustment) 보정 기능
- 기기를 최적화된 상태로 복원
- 무인 자동 시스템

자동화된 시스템 조정과 제조사의 노하우를 통해 제공되는 교정 서비스를 확인하십시오. 제조사 교정 시스템으로 기기의 편차를 확인하고, 최적의 성능으로 복원되도록 자동 조정합니다. UCS 교정은 측정된 편차가 허용범위 이내이더라도, 모든 편차를 자동으로 최적화하고, 측정 오차를 최소화합니다.

UCS 시스템 적용 기기

- Signal Generator ~ 50 GHz
- Signal Analyzer ~ 67 GHz
- EMI Test Receiver ~ 67 GHz
- Radio Communication Testers



Calibration Certificate Certificate No. 7050-303023703


Unit Data		This calibration certificate documents that the named item is tested and measured against defined specifications. Measurement results are issued quarterly in the corresponding interval with a probability of errors: 95% (coverage factor $k = 2$). Calibration is performed with test equipment and standards directly or indirectly traceable to sources of approved calibration uncertainty, and PTB (DPT) or other national metrological standards, which are regularly calibrated by an authorized metrological body. The measurement results are referenced to the national metrological system for the corresponding quantity and unit. The measurement results are to be used for the purpose of the calibration. This calibration certificate may not be reproduced other than in full. Calibration certificate without signature are not valid. The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.
Item	SMF100A SIGNAL GENERATOR	
Manufacturer	ROHDE & SCHWARZ	
Type	SMF100A	
Material No. 1167.000K02 Serial No. 105536		
Order Data		
Customer	로데슈바르츠코리아주식회사 5층 강남구 인창로 609 (논현동, 박스타워) 서울특별시 06108	
Order No.		
Date of Receipt	2021-02-25	
Performance		
Place and Date of Calibration	R&S SEUL, 2021-02-25	
Scope of Calibration	Standard Calibration	
Statement of Compliance (measuring)	All measured values are within the data sheet specifications.	
Statement of Compliance (usage)	All measured values are within the data sheet specifications.	
Extent of Calibration	2 Pages Calibration Certificate 21 Pages Outgoing Results	

Date of Issue (YYYY-MM-DD)	Head of Laboratory	Person Responsible
2021-02-25	Jieun Jung	Yongtae Kim
Page 1/3 PT 888 888100		


Material Number 1167.000K02 Serial Number 105536 Certificate Number 7050-303023703

LEVEL

Level Uncertainty



Level Uncertainty (SMF-B2)



KOLAS Calibration

로데슈바르츠코리아 서비스 센터는 2003년 ISO/IEC 17025 KOLAS 인정으로, 국제 공인 교정기관 KC03-161호로 등록되었습니다. 인정분야는 404 기타 직류 및 저주파 측정, 406 RF 측정 분야입니다. 로데슈바르츠코리아 서비스 센터가 제공하는 국제 인정 교정기관의 교정 서비스를 경험해 보시기 바랍니다.



국제 인정 교정기관
KC03-161호

교정 적용 기기

- Spectrum Analyzer
- Signal Generator
- Radio Communication Tester
- EMI Test Receiver
- Network Analyzer
- Power Sensor
- Oscilloscope

◆ KOLAS 교정이 필요한 경우 ◆

- ISO/IEC 17025를 만족하는 성적서의 소급성이 필요하신 경우
- 시험, 교정 결과에 대한 성적서를 제삼자에게 제공해야 하는 경우
- Spec Out 교정 결과의 해결 및 불량 판정 후 서비스 의뢰까지 One-stop 서비스가 필요하신 경우
- Firmware 업데이트, Software 갱신, Hardware 설치 등 제조사 제공 서비스를 통해 기기를 최신의 상태로 운영하고자 하는 경우

교정 성적서
CALIBRATION CERTIFICATE

ROHDE & SCHWARZ

성적서 번호(Certificate No.) : RS01C21-028

제어자(Pager) (1) / (총 8)

1. 의뢰자(Client)
기관명(Name) : 로데슈바르츠코리아
주소(Address) : 서울특별시 강남구 테헤란로 609, 5층 (논현동, 박스타워)

2. 측정 기기(Calibration Subject)
기기명(Description) : 고주파 스펙트럼 분석기(RF Spectrum Analyzer)
제조사 및 형식(Manufacturer and Model Name) : Rohde&Schwarz / FSW43
기타번호(Serial Number) : 101291

3. 교정일자(Date of Calibration) : 2021. 03. 23.

4. 교정환경(Environment)
온도(Temperature) : (23.9 ± 0.9) °C
교정장소(Location) : 교정본부(Permanent Calibration Lab)
주소(Address) : 서울특별시 강남구 테헤란로 609, 5층 (논현동, 박스타워)

5. 측정표준의 소급성(Traceability)
교정방법 및 소급성 서술(Calibration method and/or brief description)
상기 기기는 고주파 스펙트럼 분석기 교정 장비(RS-KC-03)에 따라 국가검표원(RK)에서 인정받은 측정표준의 소급성에 따라 교정되었습니다.
The above instrument was calibrated in compliance with Standard Calibration Certificate of RF Spectrum Analyzers, RS-KC-03 using below standards equipment which get the traceability to SI unit from National Measurement Standard Organization.

교정에 사용된 표준장치 명세(List of used standards/Specifications)

기기명 (Description)	제조사/형식 (Manufacturer/Model)	기타번호 (Serial Number)	자기교정/재검일자 (Self-Calibration/Recheck Date)	교정기관 (Calibration Laboratory)
GPS receiver	ROHDE & SCHWARZ	101291	2021. 08. 24.	KRDS
Frequency Counter	ROHDE & SCHWARZ	101291	2021. 04. 23.	KRDS
Signal Generator	ROHDE & SCHWARZ	101291	2021. 04. 28.	KTRC
Power Sensor Module	ROHDE & SCHWARZ	101291	2021. 01. 15.	DAKS
Power Splitter	WETTERICH / 1070A	0248	2021. 04. 28.	KTRC
Measuring Receiver	R&S / FSRM	101258	2021. 11. 30.	DAKS
Signal Generator	R&S / SMP04	100069	2022. 02. 25.	RSK
Power Splitter	WETTERICH / 1534	1002	2021. 12. 18.	KTRC
Power Sensor	R&S / NRP50T	101032	2021. 11. 27.	DAKS

6. 교정결과(Calibration result) : 교정결과 참조(Attached documents)

7. 측정 불확도(Measurement uncertainty) : 교정결과 참조(Attached documents)

확인
(Affirmation)

측정자(Measurements performed by)
직명(Name) : 유성진

승인자(Approved by)
직명(Name) : 기술책임자

성명(Name) : 유성진

성명(Name) : 김동태

본 성적서는 국제교정기관(국제교정협회(International Laboratory Accreditation Cooperation)) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에
서명된 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야의 교정결과입니다.
(The above calibration certificate is the accredited calibration result by Korea Laboratory Accreditation Scheme, which signed the ILAC-MRA.)

한국인정기구 인정
Accredited by KOLAS, Republic of Korea

로데 슈바르츠 코리아(주) 대표이사
President. ROHDE&SCHWARZ Korea Ltd.

본 성적서의 측정 불확도 및 측정 방법의 유효성은 ISO/IEC 17025에 따라 교정 결과에 영향을 미치지 않도록 교정 결과에 대한 유효성을 검증합니다.
(The validity of the measurement uncertainty and the measurement method is verified to ensure that it does not affect the validity of the calibration result.)

본 성적서의 유효성은 ISO/IEC 17025에 따라 교정 결과에 영향을 미치지 않도록 교정 결과에 대한 유효성을 검증합니다.
(The validity of the measurement uncertainty and the measurement method is verified to ensure that it does not affect the validity of the calibration result.)

본 성적서의 유효성은 ISO/IEC 17025에 따라 교정 결과에 영향을 미치지 않도록 교정 결과에 대한 유효성을 검증합니다.
(The validity of the measurement uncertainty and the measurement method is verified to ensure that it does not affect the validity of the calibration result.)

ROHDE & SCHWARZ

교정결과
CALIBRATION RESULT

성적서 번호 : RS01C21-028

제어자(Pager) (2) / (총 8)

Test Description	Lower Limit	Measured Value	Upper Limit	Measurement Uncertainty
1 Ref-Frequency Accuracy				
10 MHz	9 999 999.000 Hz	9 999 999.995 Hz	10 000 000.000 Hz	0.006 Hz
2 3rd-order Intercept				
lin = 100 MHz	17.0 dBm	28.6 dBm	--	1.0 dB
500 MHz	17.0 dBm	31.8 dBm	--	1.0 dB
1 000 MHz	17.0 dBm	30.0 dBm	--	0.9 dB
1 500 MHz	20.0 dBm	29.0 dBm	--	0.9 dB
2 000 MHz	20.0 dBm	28.0 dBm	--	0.9 dB
2 500 MHz	20.0 dBm	24.0 dBm	--	1.1 dB
3 000 MHz	20.0 dBm	24.0 dBm	--	1.1 dB
3 500 MHz	20.0 dBm	24.0 dBm	--	1.3 dB
4 000 MHz	12.0 dBm	26.2 dBm	--	1.4 dB
4 500 MHz	12.0 dBm	29.6 dBm	--	1.4 dB
5 000 MHz	12.0 dBm	22.3 dBm	--	1.4 dB
6 000 MHz	14.0 dBm	26.0 dBm	--	1.4 dB
7 000 MHz	12.0 dBm	27.0 dBm	--	1.3 dB
8 000 MHz	12.0 dBm	27.0 dBm	--	1.3 dB
9 000 MHz	12.0 dBm	26.0 dBm	--	1.3 dB
10 000 MHz	12.0 dBm	16.8 dBm	--	1.3 dB
15 000 MHz	12.0 dBm	19.9 dBm	--	1.3 dB
20 000 MHz	12.0 dBm	20.9 dBm	--	1.4 dB
25 000 MHz	12.0 dBm	19.5 dBm	--	1.7 dB
30 000 MHz	12.0 dBm	19.7 dBm	--	1.9 dB
35 000 MHz	12.0 dBm	21.2 dBm	--	1.9 dB
40 000 MHz	12.0 dBm	24.3 dBm	--	1.9 dB
3 IF Bandwidth, Level Error				
100 Hz	-0.10 dB	0.01 dB	0.10 dB	0.02 dB
1 kHz	-0.10 dB	0.00 dB	0.10 dB	0.02 dB
10 kHz	-0.10 dB	0.00 dB	0.10 dB	0.02 dB
100 kHz	-0.10 dB	0.00 dB	0.10 dB	0.02 dB
1 MHz	-0.20 dB	0.00 dB	0.20 dB	0.02 dB
10 MHz	-0.20 dB	-0.01 dB	0.20 dB	0.02 dB
100 kHz	-0.20 dB	0.14 dB	0.20 dB	0.02 dB
1 MHz	-0.50 dB	0.11 dB	0.50 dB	0.02 dB
10 MHz	-0.50 dB	0.16 dB	0.50 dB	0.04 dB
100 Hz	-0.20 dB	-0.01 dB	0.20 dB	0.02 dB
1 kHz	-0.20 dB	-0.01 dB	0.20 dB	0.02 dB
10 kHz	-0.20 dB	-0.01 dB	0.20 dB	0.02 dB
100 kHz	-0.20 dB	-0.01 dB	0.20 dB	0.02 dB
1 MHz	-0.20 dB	-0.01 dB	0.20 dB	0.02 dB
10 MHz	-0.20 dB	-0.01 dB	0.20 dB	0.02 dB

Service & Contract

기기는 시간이 경과함에 따라 정기적인 관리가 필요하며, 로데슈바르즈코리아 서비스 센터는 고객 여러분의 필요에 부응하는 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 하드웨어 및 소프트웨어 옵션의 업그레이드를 위한 서비스 지원과 Spare Part 판매를 통한 부품 공급을 통해, 기기 운용이나 유지 보수를 담당하는 고객 모두에게 가장 핵심적인 지원을 제공합니다. 또한, 실비 수리 및 정액 수리 프로그램으로 고객의 필요와 요청에 맞는 프로그램을 운영하며, 시스템 단위의 기기에 대한 맞춤형 서비스 계약을 제공하여 보다 안정적인 관리가 될 수 있도록 지원합니다.

Standard Price Repair



Fixed Price Repair (정액 수리)

- 정액 수리비 프로그램을 통해, 수리 점검 전에 확정된 수리 비용에 대한 정보를 제공해 드립니다. 이 수리 비용에는 소요되는 모든 부품비, 인건비, 운임이 포함됩니다.

Minor Repair (최소 수리비 적용)

- 수리를 위한 부품과 시간이 최소로 필요한 경우, 표준 수리 비용이 아닌 최소 비용으로 책정된 비용만 지불이 가능합니다. 또한 수리된 기기는 무상 운송됩니다.

Comprehensive Coverage (포괄적 적용 범위)

- SPR 프로그램은 기기 수리 및 제조사 교정 모두에 적용됩니다.

Service Warranty (서비스 보증)

- 수리된 기기에 대한 1년간 전 범위의 무상 서비스 보증기간을 제공합니다. (소모품 및 사용자 부주의로 인한 불량 제외)

Time Saving (시간 절약)

- 견적 발행부터 고객 승인까지 빠른 처리가 가능하며, 소요시간도 크게 줄어듭니다. 또한 고객의 귀중한 기기를 가장 신뢰성 높은 제조사에서 수리하고 검증할 수 있습니다. 필요 시 업데이트 및 추가비용 없는 재 교정 서비스를 제공합니다.

Other Lab Service

Time & Material Repair

수리 시, 불량 원인이 되는 부품과 수리에 소요된 시간에 대한 인건비를 실비로 산정하는 수리입니다.

Option Upgrade

하드웨어 및 소프트웨어 업그레이드 서비스를 제공하며, 다양한 기능 및 추가 옵션을 선택하실 수 있습니다.

Spare Part Sales

Basic module, Accessories, Housing, RF test port, Power cable, Foot 등 직접 수리 가능한 교체용 예비부품을 판매합니다



On-site Service

고객 요청에 따른 현장 서비스 지원

Repair

시스템을 통한 확인이 필요하지 않은 범위 내에서, 현장 수리가 가능합니다.

Option Upgrade

제조사 보정 및 교정 시스템의 확인이 필요하지 않은 범위 내에서, 하드웨어 및 소프트웨어의 업그레이드가 가능합니다.

Calibration

일정 수량 이상의 기기에 대한 교정 계약 시, 현장 교정 서비스를 제공합니다.



Contract & Agreement – Service Level Agreement

로데슈바르츠는 고객이 보유한 시스템 단위 기기에 대해, 보다 광범위한 서비스 포트폴리오 내에서 제공 받고자 하는 서비스를 선택하실 수 있는 맞춤형 서비스 계약을 제공하고 있습니다. 또한, 개별 시스템에 대한 지원 계약 또는 Level 별 서비스를 선택하실 수 있습니다.



Customer Benefits


- 제조사의 전문 지식에 기반한 관리
- 계약으로 보장된 시간 내 신속 대응
- 고객과 제조사 간 서비스 투명성 확보
- 최신 tool에 의한 본사 협업으로 고객 지원

Warranty Extension


Extended Warranty (WE1 – WE4) 제품별 보증 기간 이후 1~4년 추가 보증
Extended Warranty & Calibration Coverage (CW1 – CW4) 제품별 보증 기간 이후 1~4년 추가 보증과 제조사 교정
Extended Warranty & Accredited Calibration Coverage (AW1 – AW4) 제품별 보증 기간 이 후 1~4년 추가 보증과 KOLAS 교정

로데슈바르츠 제품은 탁월한 정확성과 내구성으로 널리 알려져 있습니다. 하지만, 시간이 지남에 따라 필요한 교정과 소프트웨어 업데이트 등 주기적인 관리가 필요합니다. 로데슈바르츠코리아 서비스 센터의 보증 기간 연장 프로그램(Warranty Extension)과 수리 및 교정 유지보수의 계약(Repair & Calibration Contract)을 통해 안정적인 기기 운용과 최고의

보증 기간이 1년인 제품에 대한 WE 및 CW / AW



보증 기간이 3년인 제품에 대한 WE 및 CW / AW



● ● ● ● Calibrations — — — — Calibration coverage

Customer Benefits

Affordable & Predictable Costs

- 예측 가능하고 예산에 반영 가능한 유지보수, 수리 및 교정 비용
- 지속적인 기기 관리를 통한 장기적인 비용 지출의 효율성 확보
- 안전하고 신뢰할 수 있는 제조사 수리 및 교정
- 제조사만의 예측기기 관리 노하우를 통한 신뢰도 높은 서비스

Description	Extended Warranty (WE1-4)	Extended Warranty & Calibration Coverage (CW1-4)	Extended Warranty & Accredited Calibration Coverage (AW1-4)
Warranty 기간 내 무상 서비스	●	●	●
수리 시 교정이 필요한 경우 교정 서비스	R&S Manufacturer – Calibration	R&S Manufacturer – Calibration	R&S Accredited – Calibration
R&S기준의 교정 주기에 따른 정기 교정 서비스 ISO/IEC 17025		R&S Manufacturer – Calibration	R&S Accredited – Calibration
HW upgrade 시 필요한 경우 교정 서비스		R&S Manufacturer – Calibration	R&S Accredited – Calibration
Firmware update	●	●	●
신뢰성 향상을 위한 예방 정비, HW update	●	●	●


Repair & Calibration Contract

기기 상태 유지라는 두 가지 목표를 모두 달성하실 수 있습니다. 또한, 기기의 유지보수 비용이 투명하고 예측 가능해지기 때문에 향후 발생할 수리 및 교정에 드는 비용을 쉽게 예측하고 예산에 반영할 수 있습니다. 다양한 서비스 옵션을 제공하는 로데슈바르츠의 서비스 프로그램으로 기기를 더 편리하고 효과적으로 관리할 수 있습니다.


Repair Coverage
(R1 – R5)
Repair & Calibration Coverage
(RC1– RC5)
Repair & Accredited Calibration Coverage
(AR1– AR5)

- 교정 시 최신의 상태로 기기 업데이트
- 투명한 수리 비용과 다양한 프로그램 옵션
- 보증 연장을 통한 계약 기간 동안 절대적인 가격 안정성 제공
- 유연하고 다양한 서비스 옵션 선택 가능

계약 기간에 따른 제품의 R, C/A 및 RC/AR (교정 주기 12개월)



계약 기간에 따른 제품의 R, C/A 및 RC/AR (교정 주기 36개월)



● ● ● ● ● Calibrations — — — — — Calibration coverage

Coverage	Repair	Calibration (R&S recommended intervals)		Calibration (R&S recommended intervals) & Repair	
Product	R1– R5	C1–C5	A1–A5	RC1–RC5	AR1–AR5
포함 사항	Repair Coverage	R&S Manufacturer Calibration	R&S Accredited Calibration	R&S Manufacturer Calibration & Repair Coverage	R&S Accredited Calibration & Repair Coverage
수리	●			●	●
수리 후 교정이 필요할 경우 교정 서비스	●	●	●	●	●
R&S기준의 교정 주기에 따른 정기 교정 서비스 ISO/IEC 17025		●	●	●	●
최적의 신뢰성 유지를 위한 Adjustment	●	●	●	●	●
Firmware update	●	●	●	●	●
신뢰성 향상을 위한 예방 정비, HW update	●	●	●	●	●

Rohde & Schwarz

www.rohde-schwarz.com/kr

로데 슈바르츠 코리아 주식회사

Head office (서울)

우06108 서울특별시 강남구 언주로 609, 5층 (논현동, 팍스타워)

대표전화 : 02-3485-1900

팩 스 : 02-547-4300

Service Center (서울)

우06108 서울특별시 강남구 언주로 609, 5층 (논현동, 팍스타워)

대표전화 : 02-3485-1977

팩 스 : 02-3485-1980

Gumi Support Center (구미)

우39171 구미시 산동면 첨단기업 1로 17 국산화지원센터 301호

대표전화 : 054-474-1950

팩 스 : 054-474-1951

Daejeon Support Center (대전)

우34068 대전광역시 유성구 반석로 9 (반석동) 더존타워 401호

대표전화 : 042-825-1966

팩 스 : 042-826-1976

Sales : sales.korea@rohde-schwarz.com

Service : service.korea@rohde-schwarz.com